



กองคลัง
บาลตำบลกลมาไสย



ประกาศเทศบาลตำบลกลมาไสย

เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถกู้ชีพฉุกเฉิน รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ขนาด ๔ ล้อ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับรถพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลกลมาไสย มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อรถกู้ชีพฉุกเฉิน รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ขนาด ๔ ล้อ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับรถพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

หมวด ก คุณสมบัติของรถยนต์ ประกอบด้วย

๑.คุณสมบัติทางเทคนิคของรถยนต์

- ๑.๑ ระบบเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
- ๑.๒ ระบบกันสะเทือน ล้อหน้าแบบปีกนกคู่พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง ล้อหลังแหนบซ้อนและโช้คอัพช่วย
- ๑.๓ ระบบพวงมาลัยขับเคลื่อนขวาระบบแรคแอนดพีนี้น พร้อมเพาเวอร์จากโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๔ ระบบห้ามล้อ ดิสเบรกล้อหน้า ดรัมเบรกล้อหลัง หรือดิสเบรกทั้งสี่ล้อ
- ๑.๕ ระบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลต์ ไม่ต่ำกว่า ๖๕ แอมป์ พร้อมทั้งอุปกรณ์และโคมไฟฟ้าประจำรถครบถ้วน
- ๑.๖ ล้อกระทะและยางเป็นขนาดมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๗ ความยาวช่องล้อหน้า-หลัง ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ มิลลิเมตร
- ๑.๘ ในห้องคนขับ ติดตั้งเครื่องรับวิทยุระบบ AM/FM พร้อมลำโพง
- ๑.๙ ห้องคนขับประตู เปิด-ปิด ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา มีกุญแจล็อกได้

๒.อุปกรณ์ประจำรถ

- ๒.๑ ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ ตามขนาดมาตรฐาน ๑ ชุด
- ๒.๒ แม่แรงยกรถพร้อมค้ำแบบมาตรฐานประจำรถของผู้ผลิต ๑ ชุด
- ๒.๓ ประแจถอดล้อ ๑ อัน
- ๒.๔ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผลิตอย่างน้อยประกอบด้วย
 - ๒.๔.๑ ประแจปากตาย ๑ ตัว
 - ๒.๔.๒ ไขควงทั้งปากแบนและแฉก ๑ ชุด
 - ๒.๔.๓ คีมธรรมดา ๑ อัน
 - ๒.๔.๔ ขອງหรือกล่องเก็บเครื่องมือช่างต้น ๑ ใบ
- ๒.๕ เข็มขัดนิรภัยประจำที่นั่งคนขับและที่นั่งข้างคนขับตอนหน้า

๓.คุณลักษณะทั่วไปของพลาสมาออกไลน์

๓.๑ วัสดุพลาสมาออกไลน์ (วัสดุที่ใช้)

๓.๑.๑ เป็นพลาสติกที่ทำจากโพลีเอทิลีนที่มีความแข็งแรง ทนทานจากการผลิตที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 หรือ ISO 14001:2015 การตรวจสอบคุณภาพการออกแบบ และการประกอบพลาสมา และการผลิตหลังคาไฟเบอร์

๓.๑.๒ ประสิทธิภาพหลัง ปิด - ปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้าออก หนึ่งเป็นชนิดพิเศษพิเศษ ขึ้นรูปด้วยระบบ

สัญญาภาพ

๑) ด้านนอก เป็นแผ่นโพลีเอทิลีน Food grade ชนิด High Impact มีความแข็งแรงทนต่อการกระแทก (Impact Strength) ไม่น้อยกว่า ๔๐ kJ/m² เป็นแผ่นไม่มีรอยต่อ มีความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มม.

๒) แกนกลางเป็นแผ่น Polystyrene Foam

๓) ด้านในเป็นแผ่นโพลีเอทิลีน ไม่มีรอยต่อ มีความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๐ มม.

๓.๑.๓ คุณลักษณะของวัสดุที่ใช้ในการผลิตหลังคาพลาสมา เป็นเส้นใยแก้วที่ผสมผสานกับใยเรซิน ขึ้นรูปทั้งร้อยต่อโดยหลังจากทำการเสริมความแข็งแรงและเสริมด้วยบริเวณจุดยึดอุปกรณ์ต่าง ๆ มีชุดอุปกรณ์ตกแต่งภายนอกและภายในที่จากโพลีเอทิลีนเดียวกัน ที่ให้ความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน

๓.๑.๔ มีความสูงจากพลาสมาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร เพื่อสะดวกในการช่วยพื้นดินซีพี (CPR)

๓.๑.๕ ผู้ผลิต ประกอบ ติดตั้งพลาสมาจะต้องได้รับอนุญาตประกอบ, ติดตั้งพลาสมาจากกรมการช่างอุตสาหกรรม (ร.๔) หรือได้การแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เสนอราคา (พร้อมแนบเอกสารรับรองในวันเสนอราคา)

๓.๑.๖ ผู้ผลิต ประกอบ ติดตั้งพลาสมาจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพการออกแบบ และการประกอบพลาสมา และ ISO 9001:2015 หรือ ISO 14001:2015 การตรวจสอบคุณภาพการออกแบบ และการประกอบพลาสมา และการผลิตหลังคาไฟเบอร์กลาส (พร้อมแนบเอกสารรับรองจากผู้ผลิตในวันเสนอราคา)

๓.๑.๗ ผู้ผลิต ประกอบ ติดตั้งพลาสมา จะต้องมีการคำนวณต้นทุนวัสดุที่พื้นเสนอราคา เพื่อความสะดวกในการบริการ หรือนำร่องราคา (พร้อมแนบเอกสารรับรองในวันเสนอราคา)

๓.๒ ห้องพลาสมาที่มีตู้เก็บของวัสดุใส่อุปกรณ์และวัสดุ

๓.๒.๑ พื้นห้องพลาสมาทำจากโพลีเอทิลีนที่ทนความร้อนได้ ๑๐๐% เป็นชนิดเดียวกับที่ฐานเตียงพลาสมาได้ ๑๐๐% ผู้ผลิตที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 หรือ ISO 14001:2015 การตรวจสอบคุณภาพการออกแบบ และการประกอบพลาสมา และการผลิต

หลังคาไฟเบอร์กลาส (พร้อมแนบเอกสารรับรองในวันเสนอราคา)

๓.๒.๒ ผนังห้องพลาสมาด้านข้างซ้าย-ขวา และด้านบน มีความสูงถึงขอบกระเบื้องจากโพลีเอทิลีน

รูป เป็นชนิดเดียวกับที่ห้องพลาสมา

๓.๒.๓ ด้านซ้ายมือติดตั้งเก้าอี้วอลานประตูดัด ๓ ที่นั่ง พร้อมเข็มขัดนิรภัย โครงสร้างทำจากโพลีเอทิลีนที่ทนความร้อนสูงและทนน้ำและทน PVC ด้านใต้เก้าอี้เป็นที่เก็บของ โดยการเปิดบานนี้ขึ้นจากเก้าอี้เอานาประตูดัดเป็นทิวตั้งสูงจากพื้นจำนวน 2 ถึงทำจากโพลีเอทิลีนที่มีประตูดัด-เปิดพร้อมกุญแจล็อก

๓.๒.๔ ด้านขวามือติดตั้งตู้ใส่อุปกรณ์และวัสดุที่จากโพลีเอทิลีนที่ทนน้ำเป็นบานเลื่อนซ้าย-ขวาทำจากวัสดุโพลีเอทิลีนที่ทนน้ำ ส่วนด้านบนเป็นแผงควบคุมระบบออกซิเจนแบบ (PIPE LINE) ทำจากโพลีเอทิลีน

๓.๒.๕ ตรงกลางห้องพยาบาล เป็นฐานเตียงพยาบาล ทำจากไฟเบอร์กลาสขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกับตัวพื้นห้อง
พยาบาลด้านบนหัวเตียงและแผ่นหลัง เพื่อกันการกระแทกของเตียงพยาบาล เวลาขึ้น - ลง มีระบบล็อกเตียงทั้งหัวเตียง
ท้ายเตียง ด้านใต้ของฐานเตียง สามารถเก็บ กระดานแข็งแรงรองนอนได้

๓.๒.๖ พื้นห้องพยาบาลปูทับด้วย แผ่นลูนีเมียมกันลื่น (ด้านบนพื้น)

๓.๒.๗ ภายในห้องพยาบาลต้องได้รับการ พ่นเคลือบสาร นาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ (Nano Titanium Dioxide
(Nano_TiO2))

๓.๒.๗.๑ มีความสามารถในการกันด้านบนเตียงและประสิทธิผลสูงในการฆ่าเชื้อและกำจัดกลิ่น

๓.๒.๗.๒ ต้องผ่านการทดสอบด้านความเป็นอนุภาคนาโนและประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียจาก
สถาบันนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้

๓.๒.๗.๓ ผู้ผลิตโรงพยาบาลได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรอง "ฉลากนาโน (Nano Q)" จาก สมาคม
นาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือได้รับแจ้งจากผู้ผลิตโรงพยาบาลที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ "ฉลากนาโน (Nano
Q)" โดยตรง

๓.๒.๗.๔ พร้อมรูปสเก็ตช์ทดสอบและผลการทดสอบมาในวันเสนอราคา

๓.๓ วิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่งไม่ต่ำกว่า ๒๕ วัตต์

๓.๓.๑ เป็นเครื่องวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM ชนิดติดตั้งในรถยนต์

๓.๓.๒ เป็นเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้งานได้ดี ในย่านความถี่ ๑๓๖ MHz ถึง ๑๗๔MHz สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ
Simplex และ Semi Duplex

๓.๓.๓ ใช้กับไฟที่กระแสตรงไม่ต่ำกว่า ๑๒ Volts จาก Battery

๓.๓.๔ มีข้อควรระวังในการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๒๘ ช่อง

๓.๓.๕ RF Input/Output Impedance = ๕๐ Ohm

๓.๓.๖ มีวงจร QT/DQT ๒ Tone signaling หรือวงจร CTCSS (Continuous Tone Control Squelch System)
ควบคุมการทำงานของเครื่องวิทยุคมนาคม

๓.๓.๗ ภาคล่งสัญญาณมีกำลังส่งออกอากาศ (RF Power Output) ไม่น้อยกว่า ๒๕ วัตต์

๓.๓.๘ ไมโครโฟน จำนวน ๑ ชุด

๓.๓.๙ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์ใดๆ ของเครื่องวิทยุ
คมนาคมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พร้อม
แนบเอกสารในวันเสนอราคา

๓.๓.๑๐ หนังสือคู่มือการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษจำนวน ๑ ชุด

๓.๔ เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง

๓.๔.๑ มีชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินสี่ดวงที่ทนทานยกเว้นดวงอาทิตย์ติดตั้งด้านหน้ารถเหมือนฉบับ

๓.๔.๒ สัญญาณไฟฉุกเฉิน หลอด LED (แดง-น้ำเงิน) พร้อมสัญญาณเสียงไซเรน ๕ เสียง ใช้งาน ๑๒ VDC

๓.๔.๒.๑ ขนาดของแสงไฟยาวไม่เกิน ๑๑๘ ซม. สูงไม่เกิน ๖ ซม. กว้างไม่เกิน ๑๔ ซม.

๓.๔.๒.๒ เวลาพูดโดยใช้รีโมทไมโครโฟน เสียงไซเรนจะถูกตัดออกโดยอัตโนมัติ

๓.๔.๒.๓ ชุดหลอด LED ชุดละ ๔ ดวงติดตั้งเพื่อใส่แสงกระพริบ ด้านหน้าเป็น LED สีแดง ๔ ชุด

และสีน้ำเงิน ๔ ชุด ส่วนด้านหลังเป็น LED สีแดง ๒ ชุด และ สีน้ำเงิน ๒ ชุด และด้านหลังเป็น LED
สีแดง ๔ ชุด และสีน้ำเงิน ๔ ชุดสำหรับทำด้วยพลาสติก (Polycarbonate) ชนิดใส ทนความร้อน

- ๓.๔.๒.๔ มีชุดไฟ LED สีขาว ส่องสว่างด้านข้างซ้าย - ขวา ข้างละ ๑ ชุด ชุดละ ๓ ดวง
- ๓.๔.๒.๕ มีชุดควบคุมการทำงานของไฟฉุกเฉินหลอด LED ใช้กับกระแสไฟ ๑๒ VDC
- ๓.๔.๒.๖ เครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์เรน กำลังขยายไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ ใช้กับแรงดันไฟ ๑๒ VDC มีขนาดกะทัดรัด
- ๓.๔.๒.๗ ลำโพงสามารถรองรับกำลังของเครื่องขยายอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์
- ๓.๔.๓ บนหลังคาส่วนท้ายด้านข้างซ้าย/ขวา ติดตั้งไฟกระพริบสีตามที่กฎหมายกำหนด แบบ LED จำนวน ๒ ชุดตอนกลางส่วนบนมีไฟเบรก LED สีแดง
- ๓.๔.๔ ในห้องพยาบาลติดตั้งระบบแสงสว่าง มีสวิทช์ควบคุมชนิด ๒ พง สามารถควบคุมการเปิด-ปิด ได้จากห้องพยาบาล และชุดหลอดไฟ LED ๒ ชุดมีสวิทช์ควบคุมการเปิด - ปิดที่ตัวอุปกรณ์
- ๓.๔.๕ บนหลังคาด้านซ้าย-ขวาดัดตั้งโคมไฟเบอร์กลาสภายในไฟ SPOT LIGHT ชนิด LED และไฟฉุกเฉิน LED ด้านละ ๒ ชุด โดยทั้งหมดมีสวิทช์ควบคุมการเปิด-ปิดได้จากห้องคนขับ
- ๓.๔.๖ ภายในด้านท้ายติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ ปรับเอียงขึ้น-ลง ได้ขนาด ๑๘ วัตต์ ๑ ดวง มีสวิทช์สามารถควบคุมการเปิด-ปิดได้จาก ห้องพยาบาล

ชุดหลังคาไฟเบอร์กลาส (รถพยาบาลฉุกเฉิน)

- ๑.หลักคาไฟเบอร์กลาส (ประตูผ้าห้ายปิด-เปิดซ้ายขวา) มีความสูงจากพื้นห้องพยาบาลไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร
- ๑.๑ เป็นหลักคาที่ทำจากไฟเบอร์กลาส ชนิดที่มีความแข็งแรง ทนทาน และสามารถยึดหยุ่นได้ ตามสภาพการใช้งานผู้ผลิตต้องได้รับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานตามข้อตกลง ISO9001:2015 การครอบคลุมขอบข่ายการออกแบบ และประกอบรถพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ประกอบตัดแปลงพยาบาล) (ร.๔) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
- ๑.๒ คุณลักษณะของวัสดุที่ใช้ในการผลิตหลังคาพยาบาล ผลิตจากไฟเบอร์กลาสผสมผสานกับน้ำยาเรซินที่มีความแข็งแรงทนทานยึดหยุ่นได้ตามสภาพการใช้งานตามมาตรฐาน โดยตัวหลักคาจะมีการเสริมความแข็งแรงด้วยแผ่นเหล็ก บริเวณจุดยึดอุปกรณ์ต่างๆ มีชุดอุปกรณ์ดัดงอมาก และภายในที่ด้านจากไฟเบอร์กลาสชนิดเดียวกัน ที่ให้ความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน
- ๑.๓ ประตูผ้าห้ายทำจากไฟเบอร์กลาสมีช่องกระจกนิรภัย สามารถเปิดออกจากรภายในได้
- ๑.๔ มีการยกบานเลื่อนด้านหน้า สามารถลิ้อลัดได้จากห้องพยาบาล
๒. ชุดโคมไฟติดตั้งรวมผลิตจากไฟเบอร์กลาสพร้อมไฟสปอร์ตไลท์และไฟฉุกเฉินหลอดไฟ LED สีตามที่กฎหมายกำหนด (๑ชุด/๒ชิ้น)
- ๒.๑ ชุดไฟฉุกเฉินพร้อมไฟสปอร์ตไลท์ ติดตั้งด้านบนหลังคาด้านข้างทั้ง ๔ ด้าน ซึ่งออกแบบให้เข้ากับรูปร่างของหลังคาไฟเบอร์กลาสลิ้นน้ำเข้า ประกอบด้วย
- ๒.๒ ชุดไฟฉุกเฉินสีตามกฎหมายกำหนด ใช้สำหรับส่องสัญญาณทางหรือโบสถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุ
- ๒.๓ ชุดไฟสปอร์ตไลท์ ช่วยให้เห็นสว่างในเวลาฉุกเฉิน หรือสถานที่ที่ไม่เพียงพอในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่

๓. ไฟฉุกเฉินติดท้ายหลังคาเลนส์ใสหลอดไฟ LED (สีตามที่กฎหมายกำหนด) พร้อมไฟเบรคหลังไฟฉุกเฉิน(สีตามที่กฎหมายกำหนด) ชนิดหลอดไฟ LED ใช้ไฟกระแสตรง ๑๒ VDC.

๔. บันไดท้าย

๔. กระงะบันไดเลื่อนหลังคันขับ

ชนิดกระงะบันไดเลื่อนซ้าย-ขวา สามารถถอดได้จากห้องคนขับรถ

๖. ชุดแอร์แชนวนเพิ่มคอมพรสเซอร์ ๑ ลูกแยกออกจากห้องคนขับ

๖.๑ ระบบแอร์แชนวนใช้กับยี่ห้อ ๑๓๔A

๖.๒ ภายในด้านหน้าของห้องพยาบาล ติดตั้งเคย์เย็นและครอบทับด้วยไฟเบอร์กลาส มีท่อลมแอร์ กระจายลมได้ทั่วถึงทั้งห้องโดยสารด้วยท่อลมไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง พร้อมปรับขึ้น-ลง ซ้าย-ขวา ได้ ๔ ทิศทาง

๖.๓ สวิตช์ ควบคุมการเปิด-ปิด สามารถปรับความแรงลม ๓ ระดับ

๖.๔ มอเตอร์พัดลมให้ลมแรงสม่ำเสมอ

๖.๕ ภายในอกติดตั้งแผงระบายความร้อนพร้อมพัดลม บริเวณด้านบนของรถพยาบาล เพื่อช่วยในการระบายความร้อน และป้องกันฝุ่น, สิ่งสกปรก และง่ายต่อการบำรุงรักษา

๗. ชุดอุปกรณ์เพดานเอนกประสงค์ ที่แชนวนน้ำเกลือ, ไฟ LED พลูออเรสเซนต์, ไฟLED พร้อมสวิตช์เปิด-ปิด, รววจับสแตนเลส, พร้อมไฟ SPOT LIGHT

๗.๑ ชุดอุปกรณ์เพดานเอนกประสงค์ โครงสร้างทำจากไฟเบอร์กลาสขึ้นรูปเสริมแรงพร้อมที่เสียบแบบเพื่อใช้กับรถพยาบาลโดยเฉพาะ

๗.๒ รววจับสแตนเลสที่จับ ทำจากสแตนเลสสตีลขัดขึ้นเงา ทนทานต่อแรงกดที่กระชาก

๗.๓ ชุดไฟ LED โครงสร้างทำจากพลาสติกทนความร้อนพร้อมชุดไฟ LED ให้แสงสว่างที่หลอดไม่ส่งผลต่อสายตา

๗.๔ ชุดไฟLED พลูออเรสเซนต์ใช้กับระบบไฟ ๑๒ VDC/๑๕ W ให้แสงสว่างทั่วห้องโดยสาร

๗.๕ ชุดไฟสปอตไลท์ชนิด LED โครงสร้างทำมาจากพลาสติกแข็ง ทนต่อความร้อนและแรงกระแทกพร้อมระบบกันน้ำ ๑๐๐%

๗.๖ ชุดแชนวนน้ำเกลือ เป็นสแตนเลสสตีล ทนต่อแรงดึงและรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒ กก.

๘. รววจับคันข้างประตู สแตนเลส

๘.๑ รววจับข้างประตูใช้สำหรับยึดขณะก้าวขึ้น-ลงจากภายในห้องโดยสารเพิ่มความระมัดระวังอุบัติเหตุที่

๘.๒ รววจับข้างประตู ผลิตจากสแตนเลสสตีลตัดเงา มีความแข็งแรงทนทานต่อการยึดจับเป็นอย่างดี

๘.๓ มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว และยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ ซม.

๘.๔ ชุดท่อมือจับสแตนเลสสตีล เชื่อมติดกับแป้นสแตนเลสสตีล

๘.๕ พิล์มกรองแสงรอบคันพร้อมกระจกบานหน้าต่างเดิมบาน

๘.๑ เป็นฟิล์มกรองแสงที่สามารถป้องกันรังสี UV ได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์ กันแสงได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ % กันความร้อนได้ไม่น้อยกว่า ๕๐%

๑๐. นาฬิกาติดผนังระบบดิจิทัล

นาฬิกาบอกเวลาติดผนังห้องพยาบาล แบบดิจิทัลบอกรายละเอียดของ วัน เดือน ปี เวลา อุณหภูมิ

๑๑. กรวยมีสัญญาณแบบพับเก็บได้

๑๒. ถึงดับเพลิงขนาด ๕ ปอนด์

หมวด ข คุณสมบัติของเครื่องใช้ทางการแพทย์ ประกอบด้วย

๑. เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้

๑.๑ ตัวเตียงและโครงนั่งจากอลูมิเนียม มีความแข็งแรงทนทาน

๑.๒ แผ่นรองตัวผู้ป่วยทำจากฟลูนิเยม หรือโลหะปลอดสนิมอย่างดี

๑.๓ พนักพิงหลังสามารถปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า ๗ องศา โดยมีล้อยึดล้อขยับขึ้นบนพนักผู้ป่วย

๑.๔ การปรับเปลี่ยนจากเตียงนอนเป็นเก้าอี้เข็น สามารถทำได้สะดวกโดยเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว

๑.๕ มีเบาะรองนอน พร้อมสายรัดผู้ป่วย ๒ เส้น

๑.๖ ต้องออกแบบให้ง่ายต่อการทำความสะอาด

๑.๗ รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม (พร้อมเอกสารรับรองจากหน่วยงานราชการ มายืมในวันเสนอราคา)

๒. ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือปั๊มสำหรับเด็กและผู้ใหญ่

๒.๑ หน้ากากทำจากซิลิโคนสีใส ช่วยให้ง่ายต่อการสังเกตอาการของผู้ป่วย Mask No.๓ สำหรับผู้ใหญ่ ๑ อัน และ Mask No.๓ สำหรับเด็ก ๑ อัน

๒.๒ อุปกรณ์ทำงานซิลิโคนสีขาว สามารถมองเห็นได้ภายในตัวอุปกรณ์ด้านนอกหยาบสลับเรียบเพื่อความกระชับ

ขณะปั๊ม สำหรับผู้ใหญ่มีขนาด ๑,๔๐๐ มล. และสำหรับเด็กมีขนาด ๔๕๐ มล.

๒.๓ อุปกรณ์รองออกซิเจนทำจาก Polyvinylchloride สำหรับผู้ใหญ่และเด็ก มีขนาดความจุ ๒,๗๐๐ มล.

๒.๔ พร้อมสายออกซิเจน ๑ เส้น

๓. เครื่องส่องกล้องเสียง และเครื่องดูดของเหลวใช้กับฟรอนต์

๓.๑ เครื่องส่องกล้องเสียง

๓.๑.๑ เป็นชุดเครื่องมือส่องตรวจหลอดลมให้แสงสว่างโดยไฟแก้วนำแสง FIBER OPTIC

๓.๑.๒ ใช้ถ่านไฟฉายขนาดกลาง ๒ ก้อน

๓.๑.๓ หลอดไฟเป็นหลอด HALOGEN/XENON ติดอยู่บนตำแหน่งมือ (HANDLE)

๓.๑.๔ สวิตช์จะทำงานเมื่อประกอบแผ่นส่องตรวจ (BLADE) เข้ากับตัวกล้องแสงสว่างส่องผ่านแผ่นตรวจ

๓.๑.๕ ตัวกล้องและแผ่นส่องตรวจที่ตัวโยกจะไม่เป็นสนิม

๓.๑.๖ ตัวกล้องสามารถถอดได้ ๒ ข้าง ทั้งหัวและท้ายเพื่อสะดวกในการเปลี่ยนหน้าและหลอดไฟ
ฝาปิดเป็นแบบเกลียวหมุนปิดสนิทใช้งานง่าย สะดวกในการทำความสะอาดและดูแลรักษา

๓.๑.๗ สามารถใช้ประกอบกับชุดส่องตรวจหลอดลมที่เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานสากล

๓.๑.๘ แผ่นส่องตรวจในชุดมาตรฐานมีให้เลือกใช้ ๓ ขนาด เป็นแผ่นส่องตรวจแบบ FIBER OPTIC

๓.๑.๘.๑ แผ่นส่องตรวจแบบโค้ง เบอร์ ๒ สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน ๑ อัน

๓.๑.๘.๒ แผ่นส่องตรวจแบบโค้ง เบอร์ ๓ สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน ๑ อัน

๓.๑.๘.๓ แผ่นส่องตรวจแบบโค้ง เบอร์ ๔ สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน ๑ อัน

๓.๑.๘.๔ รับประกันคุณภาพอย่างน้อยเป็นเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่มอบของครบอุปกรณ์ประกอบ

๑. หลอดไฟ HALOGEN/XENON ในชุดส่องมาตรฐานพร้อมใช้ จำนวน ๑ หลอด

๒. ถังออกซิเจนอุปกรณ์ จำนวน ๑ ใบ

๓.๒ เครื่องดูดของเหลวใช้กับฟรอนต์

๓.๒.๑ ใช้ได้กับพื้นที่กระแสดรง ๑๒ โวลท์ และกระแสไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์ และมีแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ภายในตัวเครื่อง น้ำหนักเบาสามารถออกถนนได้

๓.๒.๒ มีอุปกรณ์ควบคุม ปรับแรงดูด พร้อมมาตรวัดแสดงแรงดูด

๓.๒.๓ สามารถปรับแรงดูดสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิบาร์ และอัตราการไหลของอากาศไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตรต่อวินาที

๓.๒.๔ ภาชนะบรรจุของเหลวมีขนาดปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๔๐๐ มิลลิลิตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใบ

๓.๒.๕ มีสายดูด (Suction Tubing) ยาวไม่น้อยกว่า ๑.๓ เมตร

๓.๒.๖ แบตเตอรี่ภายในตัวเครื่องเป็นแบบที่สามารถทำการชาร์จได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้หมด

๓.๒.๗ เหนือวาล์วต้องแบบปรับแรงจะจัดหาลงได้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ในวอร์ันตีเอกสาร

๓.๒.๘ เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา หรือทวีปเอเชีย

๔. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดฝัง

๔.๑ เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตแบบรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมู

๔.๒ สามารถวัดความดันโลหิตได้ไม่น้อยกว่า ๐-๓๐๐ มิลลิเมตรปรอท

๔.๓ มีหัวเข็มแทง ๒ ชุด และหัวเข็มชนิดปะติด (Velcro Fastener) ใช้งานได้สะดวก

๔.๔ สายยางต่อจากหัวเข็มแทงเป็นแบบ Coiled Tubing มีความยาวไม่น้อยกว่า ๓ เมตร

๔.๕ ถูกยาลงสำหรับวัดความดันแบบ พร้อมลิ้นปิด-เปิด ผ่านท่ออย่าง ๒ ท่อ สะอาดต่อการควบคุม

๔.๖ ถูกยาลงสำหรับวัดความดันแบบเป็นลักษณะเป็นสายแบบมาตรฐาน

๕. ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน

๕.๑ โครงภายนอกเป็นพลาสติก ส่วนภายในเป็นโฟมชนิดอ่อน

๕.๒ ปรับขนาดได้ โดยปรับสายรัดแบบปะติด

๕.๓ ด้านหน้ามีช่องสำหรับการเจาะท่อหลอดลมผู้ป่วยได้

๕.๔ มี ๓ ขนาด S,M,L

๖. ชุดฝึกอบรมสูทปฏิบัติการ จำนวน ๓ ชุด

เมื่อลงสูทปฏิบัติการ ใช้สำหรับวัดความดัน-ซา ของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ เมื่อลงมือทั้งหมด ๓ ชิ้นประกอบด้วย

เมื่อลดความดัน ๒ ชิ้น เมื่อลดความซา ๑ ชิ้น

๖.๑ เมื่อลดความดันชิ้นที่ ๑ มีความกว้าง ๓๐ ซม. ความยาว ๕๐ ซม.

๖.๒ เมื่อลดความดันชิ้นที่ ๒ มีความกว้าง ๕๐ ซม. ความยาว ๗๐ ซม.

๖.๓ เมื่อลดความดันชิ้นที่ ๓ มีความกว้าง ๗๐ ซม. ความยาว ๑๐๐ ซม.

๖.๔ มีการเย็บอกสำหรับสูบลม ๑ อัน

๖.๕ มีการเย็บปลั๊กสำหรับใส่เมื่อลงสูทปฏิบัติการ ๑ ใบ

๗. ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับแพทย์

โครงสร้างทำจากไฟเบอร์กลาสขึ้นรูป

๘. อุปกรณ์ด้านหลังชนิดลิ้น

๘.๑ โครงสร้างภายในผลิตจาก PVC ที่สามารถเพิ่มความแข็งแรงโดยการใช้งาน

๘๒ โครงสร้างภายนอกประกอบด้วยเข็มขัดที่แน่นหนา

๘๓ เมื่อผู้โดยสารสวมชุด Body Spinal บริเวณศีรษะจะได้รับการป้องกันจากเชือกคอ

๘. เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้โดยสารชนิดพับเก็บได้

๘.๑ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีล้อลอยด์ น้ำหนักเบา ขนาดเล็ก ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย

๘.๒ เก้าอี้พยางคชนิดนี้ ส่วนใหญ่ใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้โดยสารหรือผู้ได้รับบาดเจ็บที่สามารถนอนได้

๘.๓ เก้าอี้ชนิดนี้สามารถพับได้

๘.๔ เก้าอี้ชนิดนี้มี ๔ ล้อ

๘.๕ เก้าอี้ชนิดนี้มีที่จับ ๔ ตำแหน่ง (สามารถพับได้)

๘.๖ บริเวณใต้เก้าอี้ด้านข้างมีลิ้นชักที่สามารถโยกขึ้น-ลงได้

๘.๗ สามารถรับน้ำหนักผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กก (พร้อมเอกสารรับรองจากหน่วยงานราชการ
ภายในวันเสนอราคา)

๘.๘ ใช้งานได้อย่างปลอดภัย ง่ายต่อการฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาด

๑๑. ถังออกซิเจนขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลิตร

๑๐.๑ ถังออกซิเจนเป็นถังอลูมิเนียมขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ลิตร จำนวน ๒ ฟอง

๑๐.๒ ถังออกซิเจนต้องมีเอกสารรับรองการบรรจุในภาชนะบรรจุที่มีความดัน ที่มีความปลอดภัยและส่ง
โดยบริษัทฯ ที่ให้การรับรอง ต้องได้มาตรฐาน มอก. และ ISO ภายในประเทศ

๑๐.๓ ถังออกซิเจน ที่นำมาบรรจุก๊าซ ต้องผ่านการทดสอบมาตรฐาน TIS ๓๕๕๒-๒๕๕๑ พร้อมผ่านการทดสอบ
Test pressure (TP) พร้อมแนบตัวอย่างเอกสารรับรองในวันเสนอราคา และแนบเอกสารรับรองเฉพาะ
ถึง มาในวันส่งมอบสินค้า

๑๑. ชุดปรับแรงดันออกซิเจน (ใช้กับถังออกซิเจนขนาด ๑๐L)

ชุดปรับแรงดันออกซิเจน สำหรับถัง Oxygen cylinder ๑๐ litre

๑๑.๑ Regulator แบบ ๑ เกจวัด

เกจ (Gauge) วัดแรงดันภายในถังออกซิเจน

๑๑.๒ Flow meter

๑๑.๓ Humidifier

๑๑.๔ Masal Canula with mask (ชุดครอบจมูก)

๑๒. ชุดกระดานแข็งรองนอน พร้อมเข็มขัด

๑๒.๑ ผลิตภัณฑ์จาก Polyethylene ทนแรงกระแทก มีความกระชับเมื่อรัดเข็มขัด Safety Belt

๑๒.๒ สามารถ X-Ray/CT ผ่านได้

๑๒.๓ สามารถใช้ร่วมกับชุดล้อศีรษะได้

๑๒.๔ เหมาะสำหรับผู้ใช้งานในโรงพยาบาล สวมกัฬา โรงพยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้โดยสารบนรถ
และผู้ได้รับบาดเจ็บ

๑๒.๕ มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ซม. มีความกว้างสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๑ ซม. มีความหนา
หรือฐานไม่เกิน ๗ ซม.

๑๒.๖ มีน้ำหนักไม่เกิน ๗ กก.

๑๒.๗ รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ กก.(พร้อมเอกสารรับรองจากหน่วยงานราชการ ยืนยันวันเสนอราคา)

๑๒.๘ ผู้เสนอราคาต้องแนบใบรับรองว่า จะจัดหาอะไหล่ได้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ในวันยื่นเอกสาร

๑๒.๙ เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ พร้อมได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO พร้อมแนบเอกสารมาในวัน
เสนอราคา

๑๓. ชุดล้อคีรีระพร้อมเข็มขัด

๑๓.๑ ผลิตภัณฑ์จากโฟมขึ้นรูปที่มีความหนาแน่นสูง มีช่องขนาดใหญ่อยู่บริเวณระนาบเดียวกับช่องหู
เพื่อสังเกตอาการผู้ป่วยสามารถใช้ร่วมกับ Spine Board หรือ Scoop Stretcher ได้

๑๓.๒ อุปกรณ์ชนิดนี้ไม่รบกวน X-RAY/CT ผิวโดยรอบก้อนโฟมหุ้มเคลือบด้วยโพลียูรีเทนเหลว สามารถกันน้ำได้
ทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด

๑๓.๓ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๒ x ๒๖ x ๑๘ ซม.

๑๓.๔ เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ พร้อมได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO พร้อมแนบเอกสารมาในวัน
เสนอราคา

๑๔. ชุดกระเป๋าปฐมพยาบาล ๑๖ รายการ

๑๔.๑ หูฟัง

๑๔.๒ เครื่องวัดความดันโลหิต

๑๔.๓ กรรไกร ๑๔ CM

๑๔.๔ คีมคีบ ๑๔ CM

๑๔.๕ ที่กดลิ้น

๑๔.๖ ไฟฉาย

๑๔.๗ เทปแต่งแผล

๑๔.๘ แอลกอฮอล์

๑๔.๙ เบตาดีน

๑๔.๑๐ สำลีก้อน

๑๔.๑๑ สำลีไม้พันก้าน (บรรจุ 100 ชิ้น)

๑๔.๑๒ ผ้าก๊อตอนามัย Size ๔"x๔"

๑๔.๑๓ ผ้าก๊อตในซองสุญญากาศ Size ๓"x๓"

๑๔.๑๔ ผ้าพันแผลยืดหยุ่น ๔"

๑๔.๑๕ พลาสเตอร์ยา (บรรจุ ๑๐๐ ชิ้น)

๑๔.๑๖ ที่หนีบสายสะดือ

๑๕. ไม้ตามแขน - ขา

๑๕.๑ ทำจากวัสดุสังเคราะห์ สามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย ป้องกันของเหลวซึมผ่านได้ดี บรรจุในกระเป๋า
พร้อมหูหิ้วมีซิป

๑๕.๒ ไม้ตามขาส่วนรองรับขา กว้างไม่น้อย ๑๔ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๘๔ เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า ๑
เซนติเมตร ส่วนรองรับปลายเท้า กว้างไม่น้อยกว่า ๑๔ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร

๑๕.๓ ไม้ตามแขน ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า ๘ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๗ เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า ๑
เซนติเมตร

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ตัวรถยนต์ บริษัทผู้ผลิตต้องรับประกันคุณภาพในระยะเวลา ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กม. สุดแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน หากมีการชำรุดเสียหายในการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่เกิดจากกรณีอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ

๒. การนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาฟรีภายในระยะเวลาที่กำหนด สามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วราชอาณาจักร

๓. โรงงานผู้ตกแต่ง ดัดแปลงรถยนต์จะต้องมีมาตรฐานและขึ้นทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้โดยต้องแนบสำเนาเอกสารใบอนุญาตมาพร้อมใบเสนอราคา

๓.๑ โรงงานตกแต่งรถยนต์ต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภทดัดแปลงสภาพรถยนต์ จากกระทรวงอุตสาหกรรม (รง๔)

๓.๒ โรงงานตกแต่งรถยนต์ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานตามข้อกำหนด ISO9001:2015 หรือ ISO14001:2015 การครอบคลุมขอบข่ายการออกแบบและประกอบรถยนต์ และการผลิตหลังคาไฟเบอร์กลาส

๓.๒ โรงงานผู้ตกแต่งรถยนต์ต้องขึ้นทะเบียนไว้กับกรมสรรพสามิตในอุตสาหกรรมประเภทดัดแปลงรถยนต์พร้อมทั้งแสดงใบทะเบียนสรรพสามิตมาพร้อมในวันเสนอราคา

๔. ผู้เสนอราคาต้องได้รับอนุญาต ประกอบ ดัดแปลงรถยนต์จากกระทรวงอุตสาหกรรมและได้รับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน (ตามข้อ ๓) หรือได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทที่ได้รับอนุญาต โดยมีหนังสือยืนยันยืนยันมาในวันเสนอราคา

๕. ผู้เสนอราคาต้องยื่นรูปแบบรถยนต์อย่างละเอียดและแคตตาล็อก ทั้งตัวรถยนต์ และ อุปกรณ์การแพทย์พร้อมระบุ ยี่ห้อ รุ่น ประเทศผู้ผลิต และแนบใบรับรองมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ซื้อได้พิจารณา พร้อมทั้งรูปแบบการจัดวางอุปกรณ์ภายในรถยนต์ มาในวันเสนอราคา

๖. ผู้เสนอราคาต้องรับประกันอุปกรณ์ประกอบรถยนต์ (เว้นตัวรถยนต์) และครุภัณฑ์ทางการแพทย์เป็นระยะเวลา ๑ ปี

๗. อุปกรณ์การแพทย์ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน หรือใช้สัปดาห์ก่อน หากเกิดการชำรุดขัดข้องภายในระยะเวลาประกัน และทำการแก้ไขแล้วถึง ๒ ครั้ง ผู้ขายจะต้องนำชิ้นส่วนหรืออะไหล่มาเปลี่ยนให้โดยไม่คิดมูลค่า

๘. พัสตทางการแพทย์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ต้องแนบหนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พร้อมรายการพัสตทางการแพทย์ที่นำเข้าจากต่างประเทศมาแสดงในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา

เงื่อนไขอื่นๆ

๑. เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิตออกจำหน่ายแพร่หลาย มีรูปแบบมาตรฐาน ผู้เสนอราคาจะต้องระบุชื่อ สถานที่ตั้งโรงงานให้ชัดเจน โดยต้องแสดงหลักฐานใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและมีความสามารถที่จะผลิตหรือประกอบที่เชื่อถือได้

๒. อุปกรณ์ประจำรถต้องเป็นของที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม

๓. ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงหลักฐานว่ารถยนต์ ยี่ห้อที่เสนอราคาในครั้งนี้จะต้องมีศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐานทุกจังหวัดในประเทศไทยอย่างน้อย จังหวัดละ ๑ แห่งโดยมีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา

๔. ผู้เสนอราคาต้องแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจนพร้อมแคตตาล็อกหรือต้นฉบับแนบมาพร้อมใบเสนอราคา รายการใดไม่ระบุหรือไม่แสดงรายละเอียดไว้ต้องมีหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิต
๕. ผู้เสนอราคาที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ก็ตาม จะไม่ได้รับการพิจารณา รถยนต์ที่เสนอต้องเป็นของที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม
๖. มีคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด
๗. มีข้อความ เครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์อย่างน้อยประกอบด้วย
 - (๑) กระจกหน้าด้านบนติดสติ๊กเกอร์ข้อความ "เทศบาลตำบลกมลาไสย" ตัวอักษรสีน้ำเงินบนพื้นสติ๊กเกอร์สีขาว
 - (๒) ด้านหลังส่วนบนติดข้อความ "เจ็บป่วยฉุกเฉิน อุบัติเหตุ โทร.1669" ตัวอักษรสีแดงขอบสีขาว
 - (๓) ด้านหลังส่วนล่างติดข้อความ "ทต.กมลาไสย" ตัวอักษรสีน้ำเงินขอบสีขาว
 - (๔) ด้านข้างทั้งสองข้าง แสดงตราสัญลักษณ์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และข้อความ "ทต. กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.1669"
 - (๕) ด้านข้างรถส่วนล่างติดแถบสีสะท้อนแสง ตลอดแนว เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเวลากลางคืน
 - (๖) ประตูด้านนอกติดตราเครื่องหมายประจำ ทต.กมลาไสย (โลโก้) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และมีข้อความ "ทต.กมลาไสย" อยู่ใต้ตราเครื่องหมายประจำ ทต.กมลาไสย ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ทั้งสองข้าง
๘. ผู้ซื้อจะชำระราคาส่งของโดยการเบิกจ่ายตามสัญญา เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถและใบคู่มือจดทะเบียนรถ โดยเป็นกรรมสิทธิ์ถูกต้องให้แก่ผู้ซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีกรรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ (พรบ.)เป็นเวลา 1 ปี

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลกมลาไสย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมใน

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kamalasai.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓๘๙๙๑๕๔ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง เทศบาลตำบลกลมาไสย ผ่านทางอีเมลล์ ๕๕๖๐๓๐๘@dla.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยเทศบาลตำบลกลมาไสยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.kamalasai.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางสาววิจิตรา ภูโคก)

นายกเทศมนตรีตำบลกลมาไสย

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา